



Częstochowa, dn. 09.09.2019 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA REKONDYCYJONOWANYCH ULTRASONOGRAFÓW
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
Znak sprawy DEZ.26.089.2019

L.dz.: 3473 /19

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

1. W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawa PZP), w odpowiedzi na wniesione pytania przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie 1: Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o możliwość zmiany zapisu w umowie nr DEZ.26.0892019 w § 11, pkt. 1, który brzmi :

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust.1 niniejszej umowy.”

Proponowana zmiana treści § 11, pkt. 1 w/w umowy to:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy tydzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust.1 niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Po wprowadzeniu zmiany § 11 ust. 1, pkt. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy tydzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust.1 niniejszej umowy”

Pytanie 2: Prosimy również o odpowiedź, czy w celu należytego wykonania umowy niezbędne jest posiadanie certyfikatu szkoleniowego u producenta w zakresie oferowanych urządzeń. Czy wystarczy fakt, iż wykonawca posiada wyszkolony personel w zakresie aparatury usg oraz kilkunastoletnie doświadczenia w serwisowaniu sprzętu USG oraz wykonywania przeglądów technicznych w jednostkach służby zdrowia: szpitalach, przychodniach na terenie Polski, jak również posiada certyfikowane urządzenia do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych zgodnie z obowiązującymi normami na terenie Polski.

Za pilną odpowiedź z góry bardzo dziękujemy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Wykonawcę, który posiada wyszkolony personel oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie aparatury USG, jej serwisowaniu oraz przeprowadzaniu przeglądów technicznych

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf dużo wyższej klasy niż wymagany przez Zamawiającego, ale z obrotem regulacji położenia w dwóch płaszczyznach ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki aparat.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf wyższej klasy niż wymagany przez Zamawiającego z wielostopniowym dynamicznym ogniskowaniem transmisyjnym z możliwością ustawienia 4 ognisk jednocześnie?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści taki aparat.

Pytanie 5: Czy Zamawiający będzie wymagał od aparatu pamięci cine na poziomie min. 10 000 klatek? To w tej chwili absolutna wartość minimalna, aby lekarz mógł korzystać z pamięci cine przeprowadzanego badania.

Odpowiedź: Nie. Punkt 19 Opisu Przedmiotu Zamówienia dopuszcza aparat z pamięcią cine większą bądź równą 1000 klatek.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości robienia badań z kontrastem ? Na żadnym z oddziałów dedykowanych do użytkowania tego aparatu takich badań się nie przeprowadza, a takie oprogramowanie dodatkowo podwyższa cenę aparatu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7: Czy Zamawiający stawiając wymóg trybu obrazowania anatomicznego M-mode ma na myśli obrazowanie M-Mode anatomicznych z trzech kursorów-linie proste?

Odpowiedź: Zamawiający stawiając wymóg trybu obrazowania anatomicznego M-mode dopuszcza obrazowanie z 2 lub 3 kursorów.

Pytanie 8: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu elastografii na głowicy liniowej? Na żadnym z oddziałów dedykowanych do użytkowania tego aparatu takich badań się nie przeprowadza, a takie oprogramowanie dodatkowo podwyższa cenę aparatu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Prosimy o wyjaśnienie punktu 51. Zamawiający wymaga głowicy convex czy microconvex? Czy być może w tym punkcie Zamawiający oczekuje obydwu tych głowic ? Prosimy o doprecyzowanie tego punktu wraz z parametrami.

Odpowiedź: Dla Oddziałów Gastroenterologii, Chirurgii Onkologicznej, Neurologii, Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Ogólnej przewidziane jest wyposażenie ultrasonografu w głowicę convex. Dla Oddziału Nefrologii należy aparat wyposażyć w głowicę convex oraz microconvex.

Pytanie 10: Dot. pkt. 67 – Najnowszą wersję oprogramowania może wgrać tylko i wyłącznie autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Prosimy o potwierdzenie wymagania złożenia oferty przez autoryzowanego dystrybutora Producenta na terenie Polski.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia ofert przez autoryzowanego dystrybutora.

Pytanie 11: Dot. pkt. 52, 53 i 54

Czy Zamawiający zamiast trzech (właściwie czterech, bo w pkt. 54 Zamawiający chce dwie takie same głowice do jednego aparatu) wymaganych głowic liniowych zgodzi się na ich zastąpienie jedną spełniającą wszystkie parametry ? Na żadnym z oddziałów dedykowanych do użytkowania tego aparatu nie używa się kilku głowic liniowych, więc nie ma medycznego uzasadnienia tego typu zastosowania.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści aparat z jedną głowicą liniową, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwości rozbudowy o głowicę endowaginalną ale o zakresie częstotliwości 3,0 – 9,0 MHz i kącie aż 180 stopni?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści taki aparat.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości rozbudowy o głowicę endorektalną dwupłaszczyznową (pkt. 61) ? Głowica ta wykorzystywana jedynie w urologii, a Zamawiający nie posiada takiego oddziału. Brak podstaw do postawienia takiego wymagania, a ogranicza to mocno konkurencję.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości rozbudowy aparatu o funkcję obrazowania 3D i 4D z głowic brzusznej i waginalnej? Takie rozwiązanie wykorzystywane tylko i wyłącznie w badaniach prenatalnych, brak uzasadnienia do takiego wymagania. Aparat nie będzie dedykowany do pracy na Oddziale położniczo-ginekologicznym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości rozbudowy aparatu o funkcję, Stress Echo? Takie rozwiązanie wykorzystywane wyłącznie na Oddziale Kardiologicznym, brak uzasadnienia do takiego rozwiązania. Aparat nie będzie dedykowany do pracy na Oddziale Kardiologicznym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie całkowitej ilości Zamawianych aparatów i głowic. Zamawiający z podanego SIWZ oczekuje złożenia oferty na 7 rekondukcjonowanych aparatów USG, gdzie każdy będzie posiadał 6 głowic ?

Odpowiedź:

Zamawiający chce zakupić:

- Gastroenterologia – 1 aparat USG z głowicą convex oraz liniową.
- Chirurgia Onkologiczna – 2 aparaty USG:
 - Pierwszy aparat wyposażony w głowicę liniową oraz convex,
 - Drugi aparat wyposażony w głowicę convex oraz liniową matrycową.
- Neurologia – 1 aparat z głowicą liniową oraz convex
- Chirurgia Naczyniowa – 1 aparat z głowicą liniową oraz convex

- Chirurgia Ogólna – 1 aparat z głowicą liniową oraz convex
- Nefrologia – 1 aparat z głowicą liniową, convex oraz microconvex.

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zakres regulacji dynamiki obrazu od 36 do 96 dB?

Odpowiedź: **Tak, zamawiający dopuści taki aparat.**

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości regulacji linii bazowej i kąta korekcji na obrazach zapisanych na dysku?

Odpowiedź: **Tak, zamawiający dopuści taki aparat.**

Pytanie 19: Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SIWZ wyartykułowane w treści poniższych pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego, w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień **13 września 2019 r, godz.12:00.**

Odpowiedź: **Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert, zgodnie z wnioskiem**

Wykonawcy – zamieszczono na stronie internetowej dnia.05.09.2019 r.

Pytanie 20: Prosimy o zmodyfikowanie zapisów SIWZ (rozdziału VI pkt 4 ppkt 1) poprzez wykreślenie zapisu: „z zaznaczeniem której pozycji dotyczy dokument”. Powyższy wymóg jest dla Wykonawcy nadmiernie uciążliwy, w szczególności w kontekście bardzo krótkiego terminu wyznaczonego na złożenie ofert. Zaznaczenie 76 pozycji w katalogach itp. wymaga znaczącej ilości czasu i nie jest niezbędne do prawidłowej oceny ofert. Ponadto część parametrów może zostać potwierdzona oświadczeniem, co uniemożliwia ich zaznaczenie. Przypominamy, iż u. Prawo zamówień publicznych wyraźnie wskazuje, iż Zamawiający może wymagać tylko niezbędnych dokumentów w zakresie jak najmniej uciążliwym i obciążającym wykonawcę.

Odpowiedź: **Zamawiający wykreśla zapis: „z zaznaczeniem której pozycji dotyczy dokument”. Po wprowadzeniu zmiany rozdział VI pkt 4 ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„ 1) Opis przedmiotu zamówienia, np. karty katalogowe /opisy/ foldery / prospekty / ulotki / fotografie/ oświadczenie Wykonawcy / informacje producenta oferowanego asortymentu/, potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 2A do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia - *oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.* Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.”

Pytanie 21: Prosimy o ujednoczenie zapisów SIWZ. W rozdziale III pkt 4 Zamawiający wskazuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych, natomiast w Rozdziale XVIII, znajduje się informacja, że „Z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty na poszczególne części, zostaną podpisane umowy”.

Odpowiedź: **Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału XVIII SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„Z Wykonawcą, któryłoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ”.

Pytanie 22: Prosimy o zmodyfikowanie zapisów SIWZ (rozdziału XX pkt 8) oraz załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy dotyczących wskazania nazwy i adresu podwykonawców. Pragniemy zauważyć, że Wykonawca nie jest zobowiązany żadnym przepisem ustawy do zawierania umów podwykonawczych przed złożeniem oferty, w związku z powyższym decyzję o wyborze konkretnego podwykonawcy ma prawo podjąć dopiero na etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Prosimy o doprecyzowanie, iż Wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy i adresu podwykonawców o ile są oni znani w dniu składania ofert.

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie doprecyzowując, iż Wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy i adresu podwykonawców o ile są oni znani w dniu składania ofert.**

Pytanie 23: W związku z zapisem w rozdziale XVI pkt 1 prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym w terminie ustalonym przez strony. Zamawiający prześle Wykonawcy podpisane przez siebie dwa egzemplarze umowy za pośrednictwem poczty, a Wykonawca odeśle mu pocztą jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy.

Odpowiedź: **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 24: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odpowiedź: **Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 25: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez ubezpieczenie o którym mowa w określone w §2 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiający rozumie ubezpieczenie na czas transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26: Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku modyfikacji wzoru umowy dokładnie wskaże rodzaj i zakres wprowadzonych zmian. Stosowna zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 27: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez odsetki w wysokości ustawowej, o których mowa w treści §10 ust. 5 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 przywołanej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 29: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwanie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego? W razie braku zgody na zawarcie umowy zastawu na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru umowy zastawu rejestrowego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia, do zawarcia której Zamawiający się zobowiązuje?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35: Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 10 pracowników
- b) od 10 do 50
- c) od 50 do 250
- d) powyżej 250

Odpowiedź: Powyżej 250

Pytanie 36: Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 8,5 mln
- b) od 8,5 mln do 42,5 mln
- c) od 42,5 mln do 212,5 mln

d) powyżej 212,5 mln.

Odpowiedź: Powyżej 212,5 mln.

Pytanie 37: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

- 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego

Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw. Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.

Odpowiedź: W załączeniu do niniejszych Wyjaśnień Zamawiający udostępnił scan:

-rachunek zysku i strat,

-bilans,

-rachunek przepływów pieniężnych,

-zestawienie zmian w kapitale własnym.

Pytanie 43: Mając na względzie zasady współzycia społecznego oraz obowiązek zachowania zasady równowagi stron prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych: określonej w §11 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) wzoru umowy z 0,5% na 0,2 % oraz określonej w § 11 ust. 1 pkt. 4), 5) wzoru umowy z 20% na 10 %.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w § 11 ust. 1 pkt.1), 2), 3) istotnych postanowień umowy, w taki sposób, aby były naliczane za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”. Utrzymanie Zapisów w dotychczasowej formie powoduje, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za wystąpienie zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kar.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45: Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §11 ust. 1 pkt. 5 wzoru umowy. Obowiązek zapłaty tak znacznej kary za nieprzedłożenie dokumentu lub nieznaczne przekroczenie terminu jego przedłożenia stanowi zbyt restrykcyjny środek w stosunku od wagi ewentualnego przewinienia Wykonawcy i narusza zasady współzycia społecznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46: Prosimy o wykreślenie lub modyfikację treści zapisu zawartego w §10 ust. 8 pkt. 1 wzoru umowy, poprzez rezygnację z nałożenia na Wykonawcę obowiązku dostarczenia kopii faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ograniczenie tego ustawowego prawa nie powinno mieć miejsca. Chcielibyśmy nadmienić, iż na fakturze powinna znajdować się data sprzedaży. Jest to jeden z elementów wymaganych przez art. 106e ustawy o VAT. Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też wykonania usługi, która jest pewna dopiero w momencie skutecznej dostawy. Wykonawca będzie więc mógł wpisać tą datę dopiero po podpisaniu przez strony wiążącego protokołu odbioru. Może okazać się, że taki odbiór z różnych przyczyn nie nastąpi w dniu dostawy (np. wystąpią usuwalne wady przedmiotu zamówienia) tylko w dniach kolejnych co uniemożliwia uprzednie wystawienie poprawnej faktury. Dodatkowo Zamawiający nie ma prawa uzależniać przyjęcia towaru od doręczenia w tym samym momencie faktury, faktura nie jest przedmiotem zamówienia ani nie jest objęta postępowaniem o udzielenie zamówienia dlatego nie może stanowić przedmiotu odbioru i być oceniana w kontekście przedmiotu zamówienia. Jej brak w dniu dostawy w żaden sposób nie ma wpływu na prawidłowość dostawy i dostarczonych towarów, a obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór w terminie wskazanym w umowie towaru zgodnego z umową.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu wzoru umowy zawartego w §10 ust. 8 pkt. 1. Po wprowadzeniu zmian zapis otrzymuje brzmienie:

„ 8. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wraz z dostarczonym towarem dokument określający rodzaj, ilość i cenę jednostkową dostarczonego sprzętu wraz z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.”

W wyniku wprowadzonej zmiany Zamawiający dokonuje modyfikacji §10 ust. 10 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„10. Wykonawca ma prawo do przesłania faktury elektronicznej na adres: ID Zamawiającego: 573 22 99 604”.

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 47: Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu w §7 wzoru umowy, o treści „w przypadku wysłania zgłoszenia usterek lub awarii między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym zostanie ono uznane za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania zgłoszenia po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane będzie za doręczone w następnym dniu roboczym”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany §7 wzoru umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści:

„w przypadku wysłania zgłoszenia usterek lub awarii między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym zostanie ono uznane za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania zgłoszenia po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane będzie za doręczone w następnym dniu roboczym”.

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 48: Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §11 ust. 4 zapisu, mówiącego o tym, iż „*Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy*” oraz zastąpienie niniejszego zapisu poprzez wprowadzenie do wzoru umowy §11 ust. 4 kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §11 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy. Pragniemy wskazać, że użyte przez Zamawiającego postanowienie wskazujące, że Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy jest sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego i jako takie nieważne. Wykonawca w przypadku braku spłat ze strony Zamawiającego będzie miał bowiem roszczenie o zapłatę wynagrodzenia czy np. zapłatę odsetek po upływie terminu płatności. Pozbawienie Wykonawcy prawa do wynagrodzenia nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49: Prosimy o potwierdzenie, że zapis zawarty w treści SIWZ, Rozdział V pkt. 7 dotyczy Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 50: Proszę o zmianę §6 ust. 5 istotnych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku trzykrotnej naprawy elementu/podzespołu Zamawiający ma prawo żądania wymiany elementu/podzespołu na nowy”. Zapis w obecnym brzmieniu należy uznać za zbyt rygorystyczny, ponieważ w przypadku trzech nieistotnych awarii lub usterek przedmiotu umowy lub jego elementu Wykonawca będzie obowiązany do wymiany całego urządzenia na fabrycznie nowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany §6 ust. 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu treści:

„ W przypadku trzykrotnej naprawy elementu/podzespołu Zamawiający ma prawo żądania wymiany elementu/podzespołu na nowy”. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 51: W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi pozytywnej zwracamy się z prośbą o usunięcie z treści §12 ust. 1 zapisu o treści: „*lub jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 5. ze skutkami określonymi w §11 ust. 1 pkt. 4 umowy*”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i usuwa z §12 ust. 1 wzoru umowy treść: *lub jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 5. ze skutkami określonymi w §11 ust. 1 pkt. 4 umowy*”. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 52: Proszę o zmianę §6 ust. 3 istotnych postanowień umowy w taki sposób aby tylko naprawy istotne danego elementu/podzespołu wydłużały okres gwarancji tego elementu/podzespołu o czas jego wyłączenia z eksploatacji. Zgodnie z kodeksem cywilnym tylko istotna naprawa powoduje wydłużenie okresu gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany §6 ust 3 wzoru umowy i nadaje mu treść:

„Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii istotnego elementu/podzespołu, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.” Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 53: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez wymóg dotyczący serwisu pogwarancyjnego na terenie kraju, Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi wskazać punkt serwisowy (lub punkty), który będzie mógł realizować pogwarancyjne czynności serwisowe na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

Pytanie 54: W związku z zapisem zawartym w §5 ust. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że przez serwis producenta sprzętu Zamawiający rozumie również autoryzowany serwis producenta sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 5 ust. 3 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez własny serwis lub autoryzowany serwis producenta”. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 55: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanego w §7 ust. 1 wzoru umowy czasu reakcji do 72 godzin liczonych w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxy lub e-mail, z tym zastrzeżeniem, że fax lub e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym” oraz wyznaczenie tożsamego terminu na podstawienie aparatu zastępczego. Prosimy również o odpowiednie dostosowanie w tym zakresie zapisów załącznika nr 2A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie części „POZOZOSTAŁE WYMAGANIA”.

Odpowiedź: Zamawiający zwiększy w § 7 ust. 1 wzoru umowy czas reakcji do 48 godzin. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

§7 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Czas przyjazdu ekipy serwisowej nie później niż 48 godzin liczonych w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxy lub e-mail, z tym zastrzeżeniem, że fax lub e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. **Zapewnienie aparatu zastępczego na okres naprawy serwisowej o podobnych parametrach w 48 godzin** liczonych w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxy lub e-mail, z tym zastrzeżeniem, że fax lub e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym” **Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.**

W wyniku dokonanej zmiany Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2A do SIWZ – w załączeniu do niniejszych wyjaśnień aktualny załącznik. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmianę w składanych ofertach.

Pytanie 56: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji zakupu części przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty. Prosimy także o

odstąpienie od wymogu zapewnienia darmowej usługi wymiany części zamiennych. Konieczność dokonywania nieodpłatnych wymian części zamiennych znacznie podniesie kosztu usług gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie gwarancji zakupu części na okres min. 5 lat.

Pytanie 57:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów SIWZ, Załącznik nr 2A do SIWZ w części – POZOSTAŁE WYMAGANIA pkt. 71 gdyż z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji danego aparatu bądź modułów do aparatu. W związku z czym Wykonawca nie może zagwarantować kontynuacji produkcji przez okres 10 lat.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58: Prosimy Zamawiającego o dodanie do §8 ust 4 wzoru umowy określenia: „w przypadku gdy reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona”. Wykonawca nie ma obowiązku podejmowania w ramach gwarancji czy rękojmi czynności w przypadku zgłoszenia jakiegokolwiek, tylko w razie uznania, że reklamacja jest uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru umowy w zakresie §8 ust. 4. Po dokonaniu zmiany §8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt w ciągu 20 dni od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego w przypadku gdy reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona.” Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 59: Prosimy Zamawiającego o usunięcie z §10 ust. 2 wzoru umowy określenia: „niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy” oraz o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy. Wskazanie konkretnych, pewnych dat płatności rat może nastąpić dopiero po dokonaniu dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, dopiero wtedy bowiem Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury. Z kolei od daty doręczenia Zamawiającemu faktury liczony jest termin płatności pierwszej raty. Po wystąpieniu tych zdarzeń konieczne będzie zaktualizowanie harmonogramu przedłożonego Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany §10 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy odbywać się będzie przelewem w formie 48 miesięcznych rat, na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu spłat ratalnych, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy (za wyjątkiem dat płatności), stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszej umowy, który zostanie przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zabezpieczeniem terminowej płatności rat będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową według wzoru Wykonawcy, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.” Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Zamawiający wymaga aneksu do umowy.

Pytanie 60: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez „natychmiastowe rozwiązanie”, o którym mowa w §12 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający rozumie odstąpienie od umowy. W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o modyfikację §12 ust. 1 wzoru umowy i zastąpienie określenia „natychmiastowego rozwiązania” określeniem „odstąpienia od”. Wskazujemy, że pojęcie „rozwiązania umowy” stanowi dwustronną czynność prawną, poprzez którą strony zgodnie decydują o zakończeniu istnienia stosunku zobowiązaniowego. Jednostronnym oświadczeniem woli, które może zakończyć umowę sprzedaży jest odstąpienie od umowy.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje zmiany §12 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 20 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 4.”

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 61: Prosimy Zamawiającego o usunięcie §14 ust. 4 wzoru umowy. Zmiana formy organizacyjno-prawnej przez Zamawiającego pozostaje bez wpływu na istnienie uprzednio zawiązanych stosunków prawnych. Wskazać należy, że w razie przekształcenia się SP ZOZ w spółkę kapitałową zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej nowopowstała spółka kapitałowa wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzednio istniejącego podmiotu. Ponadto §14 ust. 4 wzoru umowy nieprawidłowo odwołuje się do pojęcia „rozwiązania”

umowy. Zastosowanie ma w tym zakresie uzasadnienie do uprzedniego pytania. Jeżeli Zamawiający miał natomiast na myśli „wypowiedzenie” umowy to należy wskazać, że jednostronne oświadczenie woli o wypowiedzeniu nie ma zastosowania do stosunków zobowiązaniowych o charakterze jednorazowym jakim jest umowa sprzedaży. Wypowiedzenie jest właściwe do stosunków zobowiązaniowych o charakterze ciągłym, jak np. najem czy dzierżawa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i usuwa §14 ust. 4 wzoru umowy. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 62: Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu zawartego w §10 ust 9 wzoru umowy. Zamawiający we wskazanym ustępie zastrzega, że wystawienie faktury niezgodnej z postanowieniami umowy uprawnia go do wystawienia noty korygującej. Zasada generalna wynikająca z obowiązujących jest jednak taka, że odbiorca faktury może skorygować fakturę notą korygującą, ale dotyczy to tylko wybranych elementów faktury. W większości przypadków sprzedawca może do swojej faktury wystawić wyłącznie fakturę korygującą. Konieczne więc może okazać się wystawienie przez Wykonawcę faktury korygującej, a nie wystawienie przez Zamawiającego noty korygującej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63: Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf bez możliwości regulacji położenia monitora w trzech osiach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64: Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu 36-96 dB?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65: Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający archiwizację raportów z badań obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 200 GB?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66: Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf bez możliwości użycia środków kontrastowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67: Dotyczy załącznik nr 2a

Prosimy o doprecyzowanie ilości głowic:

- Convex o zakresie obrazowania B (2D) obejmującym przedział 1,5 –5,0 MHz.
Głębokość obrazowania – min. 28 cm. Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 częstotliwościach
Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – minimum 2 częstotliwości
- Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 5,0 – 12,0 +/- 1MHz
Szerokość pola obrazowania – maksymalnie 40 mm
Obrazowanie rombowe; możliwość ugięcia obrazu 2D
Obrazowanie trapezowe
Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 częstotliwościach
Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – min. 2 Częstotliwości
- Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 3,5 – 10 MHz
Szerokość pola obrazowania – max. 45 mm
Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 częstotliwościach
Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – min. 2 częstotliwości
Ilość kryształów – min. 192.

Odpowiedź: Zamawiający chce zakupić:

- Gastroenterologia – 1 aparat USG z głowicą convex oraz liniową.
- Chirurgia Onkologiczna – 2 aparaty USG:
 - Pierwszy aparat wyposażony w głowicę liniową oraz convex,
 - Drugi aparat wyposażony w głowicę convex oraz liniową matrycową.
- Neurologia – 1 aparat z głowicą liniową oraz convex

- Chirurgia Naczyniowa – 1 aparat z głowicą liniową oraz convex
- Chirurgia Ogólna – 1 aparat z głowicą liniową oraz convex
- Nefrologia – 1 aparat z głowicą liniową, convex oraz microconvex.

Pytanie 68: Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w głowicę convex o zakresie częstotliwości 2.0-5.0MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:

Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf bez głowicy liniowej wieloczęstotliwościowej o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 3,5 – 10 MHz szerokość pola obrazowania – max. 45 mm obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 częstotliwościach możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – min. 2 częstotliwości ilość kryształów – min. 192.

W zamian za ww. głowicę wykonawca oferuje głowice:

głowice liniową wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 5,0 – 12,0 +/- 1MHz Szerokość pola obrazowania – maksymalnie 40 mm Obrazowanie rombowe; możliwość ugięcia obrazu 2D Obrazowanie trapezowe Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 częstotliwościach Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – min. 2 Częstotliwości

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70: Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf bez matrycowej głowicy liniowej (**2 szt.**) wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 6,5 – 15,0 MHz, szerokość pola obrazowania – max. 53mm, obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 częstotliwościach, możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – minimum 2 częstotliwości

W zamian za ww. głowicę wykonawca oferuje głowice:

„głowice liniową wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 5,0 – 12,0 +/- 1MHz Szerokość pola obrazowania – maksymalnie 40 mm Obrazowanie rombowe; możliwość ugięcia obrazu 2D Obrazowanie trapezowe Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 częstotliwościach Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego – min. 2 Częstotliwości”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71: Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwości rozbudowy aparatu o głowicę endowaginalną typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym 4 – 10 MHz +/- 0,5 MHz

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści taki aparat.

Pytanie 72: Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość rozbudowy aparatu o funkcję obrazowania 3D i 4D z głowicy brzusznej bez możliwości rozbudowy o funkcję obrazowania 3D i 4D z głowicy waginalnej

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73: Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający maksymalną prędkość przepływu (dopplera kolorowego) – min. 170cm/s?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści taki aparat.

Pytanie 74: Dotyczy SIWZ

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy Ultrasonografów do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75: Czy w przypadku wydłużenia gwarancji do maksymalnej długości 84 miesięcy, Zamawiający zaakceptuje minimalną datę produkcji aparatury usg 2012, przy zachowaniu 100% pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany w składanych ofertach

**P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

LEK. MED. JOLANTA MAJER