



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Najświętszej Maryi Panny**  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04  
fax: 34 365 17 56, e-mail: [sekretariat@szpitalparkitka.com.pl](mailto:sekretariat@szpitalparkitka.com.pl)  
Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl) e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)

Częstochowa, dn. 11.09.2019 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

**WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:

**DOSTAWA REKONDYCYJONOWANYCH ULTRASONOGRAFÓW**  
**dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.**  
**Znak sprawy DEZ.26.089.2019**

L.dz.: 3511 /19

**SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENÍ TREŚCI SIWZ**  
**Z DNIA 09.09.2019 R.**

Zamawiający, stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawa PZP), dokonuje sprostowania Wyjaśnień treści SIWZ z dnia 09.09.2019 r., l.dz.: 3473/19.

JEST:

**Pytanie 17:** Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zakres regulacji dynamiki obrazu od 36 do 96 dB?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuści taki aparat.

**POWINNO BYĆ:**

**Pytanie 17:** Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zakres regulacji dynamiki obrazu od 36 do 96 dB?

**Odpowiedź:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Za zaistniałą omyłkę przepraszamy.

**DYREKTOR**  
**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.**  
**NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**  
**ZBIGNIEW BAJKOWSKI**

.....  
podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej