



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Najświętszej Maryi Panny**  
**ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa**  
REGON: 001281053, NIP: 573 22 99 604

**Dział Zamówień Publicznych**

tel./fax: (34) 367 36 74, 367 37 53, [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl) e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)

Częstochowa, dnia 06.05.2019 r.

Znak sprawy: DEZ.26.041.2019 r.

L. dz. 1721/2019 r.

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu dla zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 2**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przedstawia treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

**PYTANIE 1:**

Dot. SIWZ § 4. Termin wykonania zamówienia oraz Zał. 3 część nr 1 komora laminarna:

Ze względu na bardzo krótki termin wykonania zamówienia (do 14.06.2019r) oraz na rodzaj urządzenia, jakim jest komora laminarna (urządzenie, które należy wykonać od podstaw dla Zamawiającego), prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymagań dotyczących osłonności określonych w zał. 3 część nr 1 komora laminarna, pkt 5 oraz pkt 14, tj. zaakceptowanie oferty, w której osłonność ołowiu będzie wynosiła min. 10 mm Pb, a ekwiwalent osłonności szyby będzie wynosił min. 10 mm. Takie złagodzenie wymagań pozwoli wykonawcom na dostawę komory laminarnej w terminie określonym przez Zamawiającego tj. do 14.06.2019r.

**Odpowiedz:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 09 maja 2019 r. o godzinie 09:00**  
**nie ulega zmianie.**

**Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 maja 2019 r. o godzinie 09:30.**

**Przedstawione wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i staje się integralną częścią SIWZ.**

Z poważaniem

p.o. Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

mgr inż. Bogusława Miłkowska