



Częstochowa, dn. 30.10.2019 r.

Przedmiot zamówienia pn.:

DOSTAWA REKONDYCYJONOWANYCH ULTRASONOGRAFÓW dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Znak sprawy: **DEZ.26.100.2019**

L.dz. 4122 /19

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf bez możliwości regulacji położenia monitora w trzech osiach?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 2. Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu 36-96 dB?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 3. Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf bez kolorowego dopplera tkankowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści ultrasonografu bez kolorowego dopplera tkankowego.

Pytanie 4. Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf bez możliwości użycia środków kontrastowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści ultrasonografu bez możliwości użycia środków kontrastowych.

Pytanie 5. Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w głowicę convex o zakresie częstotliwości 2.0-5.0Mhz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 6. Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w głowicę liniową o posiadającą 128 kryształów?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa

tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04

fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl

Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Pytanie 7. Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwości rozbudowy aparatu o głowicę endowaginalną typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym 4 – 10 MHz

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 8. Dotyczy załącznik nr 2a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf bez możliwości rozbudowy o funkcję stress echo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści ultrasonografu bez możliwości rozbudowy o funkcję stress echo.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **06.11.2019** r. termin składania i otwarcia ofert.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny W Częstochowie
Zbigniew Bajkowski

.....
podpis
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej