



Częstochowa, dn. 06.09.2019 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

**WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:

**DOSTAWA**  
**MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI**  
**PAROWEJ I PLAZMOWEJ ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW**  
**DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI**

Znak sprawy: **DEZ.26.083.2019**

L.dz. 3460/19

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1:** dot. Części nr 5, pozycja nr 1: Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za rolkę tj. 500 sztuk etykiet?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2:** dot. Części nr 8: Czy Zamawiający dopuści testy niesamoprzylepne?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3:** dot. Części nr 9, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy mycia badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4:** dot. Części nr 11, pozycja nr 2-7: W razie otrzymania ułamkowej ilości rolek po przeliczeniu wymaganej ilości metrów, prosimy o podanie, czy podać ułamkową ilość rolek, czy zaokrąglić w górę?

**Odpowiedź:** W razie otrzymania ułamkowej ilości rolek w przeliczeniu wymaganej ilości metrów, Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie w górę.

**Pytanie 5:** dot. Części nr 15: Czy Zamawiający dopuści testy w postaci fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wymazówek nie wymagające zastosowania dodatkowych urządzeń i akcesoriów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 6:** dot. wzoru umowy §9, ust. 1, punkt c): Po jakim czasie od złożenia zamówienia bądź w jakim przypadku, Zamawiający uzna dostawę za niezrealizowaną w zakresie zgodnym z zamówieniem i zastosuje karę ujętą w wyżej wymienionym punkcie.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7:** dot. Części Nr 2, poz. 1-10. Prosimy o dopuszczenie papierów o parametrach wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro: w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5kN/m, przy pozostałych zapisach zgodnych z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza papier o parametrach wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro: w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5kN/m, przy pozostałych zapisach zgodnych z SIWZ.

**Pytanie 8:** dot. Części Nr 2, poz. 1-10. Prosimy o wydzielenie papierów do osobnego pakietu, co przełoży się na możliwość wystartowania w postępowaniu większej ilości oferentów, a tym samym uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty cenowo.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9:** dot. Części Nr 3. Prosimy o dopuszczenie papierów o parametrach wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro: w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5kN/m, przy pozostałych zapisach zgodnych z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza papier o parametrach wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro: w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5kN/m, przy pozostałych zapisach zgodnych z SIWZ.

**Pytanie 10:** dot. Części Nr 4). Prosimy o dopuszczenie papierów o parametrach wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro: w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5kN/m, przy pozostałych zapisach zgodnych z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza papier o parametrach wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro: w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5kN/m, przy pozostałych zapisach zgodnych z SIWZ.

**Pytanie 11:** dot. Części Nr 2. Prosimy o dopuszczenie testów dezynfekcji termicznej nie posiadających kleju, z możliwością identycznej dokumentacji jak opisane w Części nr 9 testy mycia.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 12:** dot. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 13:** dot. Części Nr 13, poz. 8-10. Prosimy o dopuszczenie szczotek zgodnych z SIWZ o długości 61 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza szczotki o długości od 61 cm do 85 cm, zachowując pozostałe zapisy SIWZ.

**Pytanie 14:** dot. Części Nr 15. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by wszystkie wymazówki były spakowane w sposób jałowy, zabezpieczając tym samym test przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją testową, czy też test ma być w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje się wymazówka i substancja testowa o czułości na poziomie 1µg oraz odczycie do 10 sekund?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15:** Pakiet 2 poz. 22. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie - rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary z zakładką 200 mm x 50 mm x 100 mb?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary z zakładką 200 mm x 50 mm x 100 mb.

**Pytanie 16:** Pakiet 2 Poz. 1-10. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Papier sterylizacyjny: I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,034%, b) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m, c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17:** Pakiet 2 Poz. 11-22. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, o konstrukcji folii i wykonaniu zgodnej z normami PN EN - 868 - 3, PN EN 868 - 5; 1) Folia co najmniej siedmiowarstwowa (PN EN 868 - 5), licząc z warstwą kleju, 2) Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 18:** Pakiet 3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Papier sterylizacyjny: I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,034%, b) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m, c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 19:** Pakiet 4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: Papier sterylizacyjny: I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,034%, b) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m, c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 20:** Pakiet 11 Poz. 7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rękawa Tyvek o szerokości 420mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rękaw Tyvek o szerokości 420mm.

**Pytanie 21:** Pakiet 16. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania torebek posterylizacyjnych spełniających wymagania bezpieczeństwa używania dla wyrobów medycznych i zarejestrowanych jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 22:** dot. projektu umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 23:** dot. projektu umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 ppkt.1 i 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 24:** dot. projektu umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 25:** dot. Części Nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 11-22) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26:** dot. Części Nr 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, wyposażone w folię siedmiowarstwową, łącznie z warstwą klejącą?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 27:** dot. Części Nr 2. Czy Zamawiający w poz. 21 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy, spełniający wymagania SIWZ, o rozmiarze 100mm x 40mm x 100mb zamiast 100mm x 50mm x 100m?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 28:** Pakiet nr 5, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne). Wykonawca zobowiązuje się do wymiany posiadanych przez Zamawiającego metkownic, na kompatybilne z zaferowanymi etykietami.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **12.09.2019** r. termin składania i otwarcia ofert.

**ZATWIERDZIŁ**  
**DYREKTOR**  
**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA**  
**SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY**  
**W CZĘSTOCHOWIE**  
**ZBIGNIEW BAJKOWSKI**